

ANEXO I**TERMO DE REFERÊNCIA****1. DO OBJETO**

1.1. Contratação de empresa para fornecimento imediato e integral de Filtros conforme especificações, condições e exigências estabelecidas neste **Termo de Referência**.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QD	UNIDADE DE MEDIDA
01	Refil do filtro de carvão ativado MS2000. Retém as partículas sólidas maiores que 5 micra e adsorve os contaminantes químicos como cloro. Obtido dos grânulos de carvão ativado retidos em uma câmara com fechamento por filtros de polipropileno. Código 3AT43984-0110. Para uso em equipamento de osmose reversa.	02	UN
02	Membrana de Osmose Reversa. Modelo TW30-1812-100 GPD DOW-FILMTEC. Vazão nominal 10 litros/hora.Taxa de rejeição melhor que 90%. Taxa de recuperação de 66% a 90%. Código: 3AT19167-0001. Para uso em equipamento de osmose reversa.	02	UN
03	Refil deionizador MS2000. Responsável pela purificação química. Capaz de obter água	02	UN

DAEV S.A.**R. Orozimbo Maia, 1054 - Vila Sonia Valinhos - SP****CNPJ: 44.635.233/0001-36****INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.193.978.110****(19) 2122-4444**

	ultrapura com resistividade 18,2 megaohm/cm. Composto por resina de troca iônica ultra pura, grau nuclear, disposta em leito misto. Própria para polimento final na obtenção de água pura. Água de entrada previamente permeada por membrana de osmose reversa. Para uso em equipamento de osmose reversa. Código: 3AT43984-0100.			
--	---	--	--	--

3. REQUISITOS

O pagamento será feito num prazo de 15 dias através de depósito em conta bancária ou boleto.

Os materiais devem estar de acordo com as especificações acima.